



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Nr sprawy: FZ-1/4690/SK/17/KD-1

Katowice, dn. 13.02.2017 r.

Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego
w postępowaniu nr FZ-1/4690/SK/17/KD-1 **na dostawę urządzeń pomiarowych**

W związku z prowadzonym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIE nr 1

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie

Część II– Ultratermostat- 1 szt.


1. Czy Zamawiający dopuści ultratermostat z zakresem temperatury roboczej od -8°C do +99,9°C, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę również na ultratermostat z zakresem temperatury podanym powyżej.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia 17.02.2017 r. o godz. 9⁰⁰

Z poważaniem
Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg